

作業開始前《重点》点検表

機械・装置名	回路計	機械番号						
ユニット	電気保全基礎	分類番号	MU601-1070-2	平成	年	月度		
点検項目	点検内容	日付						
		点検者						
		確認者						
本体	本体・リード棒に破損がない							
指示部	指針が零を指している							
指針の振れ	各々のレンジで指示誤差が計器の許容誤差以内である							
(特記) 要注意・不良個所があれば必ず記入し、担当指導員に報告すること。								

判定種別 良好：○ 不良：×